



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года № РЗН 2024/23149

На медицинское изделие

**Компоненты для заживления десны, стерильные**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Штрауманн"**  
**(ООО "Штрауманн"), Россия,**  
**119571, Москва, Ленинский пр-кт, д. 119А**

Производитель

**"АНТОЖИР САС", Франция,**  
**ANTHOGYR SAS, 2237, avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, France**

Место производства медицинского изделия

**ANTHOGYR SAS, 2237, avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, France**

Номер регистрационного досье № РД-62323/109899 от 15.04.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **26**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **32.50.11.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 19 июля 2024 года № 4122  
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Врио руководителя Федеральной службы**  
**по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.В. Пархоменко**

**0076753**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23149

Лист 1

На медицинское изделие

**Компоненты для заживления десны, стерильные:**

в составе:

I. Компоненты для заживления десны, стерильные - 1 шт., в вариантах исполнения:

1. Заглушка BL, стерильная.
2. Заглушка TL, стерильная, платформа N 4.0 мм.
3. Заглушка TL, стерильная, платформа R 4.8 мм.
4. Заглушка BL 2.8, стерильная.
5. Формирователь десны BL 2.8, стерильный, высота десны 1.0 мм.
6. Формирователь десны BL 2.8, стерильный, высота десны 2.5 мм.
7. Формирователь десны BL 2.8, стерильный, высота десны 4.0 мм.
8. Формирователь десны BL 2.8, стерильный, высота десны 5.5 мм.
9. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 3.4 мм, высота десны 1.5 мм, коронарная высота 1 мм.
10. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 3.4 мм, высота десны 1.5 мм, коронарная высота 2 мм.
11. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 3.4 мм, высота десны 2.5 мм, коронарная высота 1 мм.
12. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 3.4 мм, высота десны 2.5 мм, коронарная высота 2 мм.
13. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 3.4 мм, высота десны 3.5 мм, коронарная высота 1 мм.
14. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 3.4 мм, высота десны 3.5 мм, коронарная высота 2 мм.
15. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 3.4 мм, высота десны 4.5 мм, коронарная высота 1 мм.
16. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 3.4 мм, высота десны 4.5 мм, коронарная высота 2 мм.
17. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 4.0 мм, высота десны 0.75 мм, коронарная высота 1 мм.
18. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 4.0 мм, высота десны 0.75 мм, коронарная высота 2 мм.
19. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, коронарная высота 1 мм.
20. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, коронарная высота 2 мм.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.В. Пархоменко**

**0142762**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23149

Лист 2

21. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, коронарная высота 1 мм.
22. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, коронарная высота 2 мм.
23. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, коронарная высота 1 мм.
24. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, коронарная высота 2 мм.
25. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 4.0 мм, высота десны 4.5 мм, коронарная высота 1 мм.
26. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 4.0 мм, высота десны 4.5 мм, коронарная высота 2 мм.
27. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 5.0 мм, высота десны 0.75 мм, коронарная высота 1 мм.
28. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 5.0 мм, высота десны 0.75 мм, коронарная высота 2 мм.
29. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 5.0 мм, высота десны 1.5 мм, коронарная высота 1 мм.
30. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 5.0 мм, высота десны 1.5 мм, коронарная высота 2 мм.
31. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 5.0 мм, высота десны 2.5 мм, коронарная высота 1 мм.
32. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 5.0 мм, высота десны 2.5 мм, коронарная высота 2 мм.
33. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 5.0 мм, высота десны 3.5 мм, коронарная высота 1 мм.
34. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 5.0 мм, высота десны 3.5 мм, коронарная высота 2 мм.
35. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 5.0 мм, высота десны 4.5 мм, коронарная высота 1 мм.
36. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 5.0 мм, высота десны 4.5 мм, коронарная высота 2 мм.
37. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 6.0 мм, высота десны 1.5 мм, коронарная высота 1 мм.
38. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 6.0 мм, высота десны 1.5 мм, коронарная высота 2 мм.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.В. Пархоменко**

**0142763**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года № РЗН 2024/23149

Лист 3

39. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 6.0 мм, высота десны 2.5 мм, коронарная высота 1 мм.  
40. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 6.0 мм, высота десны 2.5 мм, коронарная высота 2 мм.  
41. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 6.0 мм, высота десны 3.5 мм, коронарная высота 1 мм.  
42. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 6.0 мм, высота десны 3.5 мм, коронарная высота 2 мм.  
43. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 6.0 мм, высота десны 4.5 мм, коронарная высота 1 мм.  
44. Формирователь десны BL, стерильный, диаметр 6.0 мм, высота десны 4.5 мм, коронарная высота 2 мм.  
45. Формирователь десны TL, стерильный, конический, N 4.0 мм, коронарная высота 2 мм.  
46. Формирователь десны TL, стерильный, конический, N 4.0 мм, коронарная высота 4 мм.  
47. Формирователь десны TL, стерильный, конический, R 4.8 мм, коронарная высота 2 мм.  
48. Формирователь десны TL, стерильный, конический, R 4.8 мм, коронарная высота 4 мм.  
49. Формирователь десны TL, стерильный, прямой, N 4.0 мм, коронарная высота 2 мм.  
50. Формирователь десны TL, стерильный, прямой, R 4.8 мм, коронарная высота 2 мм.  
II. Инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку.

М

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0142764