



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24377

На медицинское изделие

Компоненты для заживления десны стерильные, платформы NT, RT, WT

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Штрауманн" (ООО

"Штрауманн"), Россия,

119571, Москва, Ленинский пр-кт, д. 119А

Производитель

"Институт Штрауманн АГ", Швейцария,

Institut Straumann AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Switzerland

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-66022/102052 от 17.12.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2б

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.11.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 28 декабря 2024 года № 7657
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0083251

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24377

Лист 1

На медицинское изделие

Компоненты для заживления десны стерильные, платформы NT, RT, WT, в составе:

I. Компоненты для заживления десны стерильные, платформы NT, RT, WT, варианты исполнения:

1. Формирователь десны RT, стерильный, диаметр 5.5 мм, высота 2 мм, 1 шт./уп.
2. Формирователь десны WT, стерильный, диаметр 7.2 мм, высота 2 мм, 1 шт./уп.
3. Формирователь десны NT, стерильный, диаметр 4 мм, высота 3 мм, 1 шт./уп.
4. Формирователь десны RT, стерильный, диаметр 5.5 мм, высота 3 мм, 1 шт./уп.
5. Формирователь десны WT, стерильный, диаметр 7.2 мм, высота 3 мм, 1 шт./уп.
6. Формирователь десны NT, стерильный, диаметр 4 мм, высота 4.5 мм, 1 шт./уп.
7. Формирователь десны RT, стерильный, диаметр 5.5 мм, высота 4.5 мм, 1 шт./уп.
8. Формирователь десны WT, стерильный, диаметр 7.2 мм, высота 4.5 мм, 1 шт./уп.
9. Заглушка NT/RT/WT, стерильная, диаметр 2.7 мм, высота 0 мм, 1 шт./уп.
10. Заглушка NT/RT/WT, стерильная, диаметр 2.7 мм, высота 0 мм, 4 шт./уп., в составе:
 - 10.1. Заглушка NT/RT/WT, стерильная, диаметр 2.7 мм, высота 0 мм - 4 шт.
 - 10.2. Наклейки пациента - 4 листа.
11. Заглушка NT, стерильная, диаметр 4 мм, высота 1.5 мм, 1 шт./уп.
12. Заглушка NT, стерильная, диаметр 4 мм, высота 1.5 мм, 4 шт./уп., в составе:
 - 12.1. Заглушка NT, стерильная, диаметр 4 мм, высота 1.5 мм - 4 шт.
 - 12.2. Наклейки пациента - 4 листа.
13. Заглушка RT, стерильная, диаметр 5.5 мм, высота 1.5 мм, 1 шт./уп.
14. Заглушка RT, стерильная, диаметр 5.5 мм, высота 1.5 мм, 4 шт./уп., в составе:
 - 14.1. Заглушка RT, стерильная, диаметр 5.5 мм, высота 1.5 мм - 4 шт.
 - 14.2. Наклейки пациента - 4 листа.

II. Инструкция по применению в бумажном и/или электронном виде.

Место производства:

1. Straumann Villeret SA, Les Champs du Clos 2, 2613 Villeret, Switzerland.
2. Synergy Health Däniken AG, Hogenweidstrasse 6, Däniken, CH-4658, Switzerland.

Handwritten mark

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0156484